



spa



DMV Ultra™ / DMV 45™

Para lentes de contacto rígidas y permeables al gas

Uso previsto

DMV Ultra y DMV 45 están previstos para poner y quitar lentes de contacto rígidas y permeables al gas. DMV Ultra debe sujetarse verticalmente y DMV 45, inclinado.

Instrucciones de uso

Antes de usar el dispositivo por primera vez límpielo con alcohol isopropílico al 70 % y deje que se seque al aire.

Retirada – Humedezca la ventosa del DMV Ultra / DMV 45 y dirija el dispositivo hacia el ojo. Asegúrese de que la lente de contacto está centrada en el ojo. Oriente la ventosa hacia la parte frontal de la lente y toque el centro de la misma guiándose con un espejo. Saque la lente de contacto del ojo. Después de retirar la lente de contacto del ojo deslícela hacia un lado de la ventosa.

Aplicación – Coloque la lente de contacto húmeda sobre la concavidad hueca en el extremo estrecho del mango. La lente húmeda se adhiere en esta posición. Toque el ojo con la lente.

Siga las instrucciones del profesional que le haya ajustado las lentes de contacto o del oftalmólogo.

Limpieza

Después de usar el DMV Ultra / DMV 45 debe limpiarlo con alcohol isopropílico al 70 % y dejar que se seque al aire. Guarde el dispositivo en su estuche cuando se haya secado. Deberá sustituirlo cada seis meses.

Precaución: Si el dispositivo se queda adherido de manera accidental al ojo, deslícelo hacia la comisura del ojo y sáquelo girándolo.

Precaución: Mantenga este producto alejado de los líquidos, como crema de manos, geles para el cabello, quitaesmalte de uñas y oxidantes fuertes.

Precaución: Riesgo de asfixia. Mantenga este y otros productos sanitarios fuera del alcance de los niños pequeños. El uso de este producto no está recomendado en caso de ojos con alguna patología o lesiones. Si se le irrita el ojo o experimenta algún problema visual inusual o dolor acuda a su oftalmólogo.

Precaución: No hay evidencia de problemas de alergia con este producto, aunque **contiene caucho natural seco**. No contiene látex líquido, un alérgeno conocido.

NO use el DMV Ultra / DMV 45 para lentes de contacto blandas o híbridas.

Deberá notificar al fabricante cualquier evento grave que se haya producido en relación con este dispositivo. Si reside en la UE deberá notificar el incidente a la autoridad competente del Estado miembro en el que usted reside.

Este producto permite a los usuarios de lentes de contacto colocar y quitar las lentes de contacto para utilizarlas de acuerdo con el uso previsto. Por tanto, este producto está considerado como un producto sanitario.

Eliminación de residuos

DMV Corporation recomienda desechar los productos DMV usados conforme a las normas legales vigentes en cada país en el momento de la eliminación.

Este producto es un producto sanitario.

No almacenar a una temperatura superior a 105 °C/220°F

Lea las instrucciones de uso dmvcorp.com

Representante autorizado

Proteger de la luz directa del sol

Un solo paciente - uso múltiple

Fecha de fabricación

Importador

Fabricante

País de fabricación

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

