



ita



DMV Soft Lens Handler™

Per applicare e rimuovere le lenti a contatto morbide

Utilizzazione

DMV Soft Lens Handler è adatto per applicare e rimuovere le lenti a contatto morbide.

Istruzioni per l'uso

Prima di utilizzare il DMV Luma Serter Plus per la prima volta, pulirlo con alcool isopropilico al 70% e lasciarlo asciugare all'aria.

RIMUOVERE – Assicuratevi che la lente a contatto sia centrata davanti alla pupilla. Tenete i due lati della pinza tra il pollice e l'indice. Premere i due tamponi di presa contro la superficie della lente a contatto. Ora premere le due estremità della pinza insieme per spingere la lente a contatto e poi rimuovetela dall'occhio.

INSERIMENTO – Posizionare la lente a contatto umida nell'incavo piatto all'estremità più stretta del manico. Una freccia punta in questa direzione. Posizionare la lente a contatto leggermente decentrata sul la ventosina in modo da poter vedere i vostri movimenti attraverso la lente. Portare l'applicatore con la lente a contatto verso l'occhio e posizionatelo con cautela al centro della cornea davanti alla pupilla.

Seguire le indicazioni dell'installatore di lenti a contatto / dell'oculista professionale.

Istruzioni per la pulizia

Dopo ogni utilizzo pulire la DMV Soft Lens Handler con alcool isopropilico al 70% e lasciare asciugare all'aria. Riporre il dispositivo nella sua custodia dopo l'asciugatura. Sostituire l'applicatore dopo 6 mesi.



Attenzione: Se si posiziona accidentalmente il DMV Soft Lens Handler direttamente sulla superficie dell'occhio, è sufficiente rimuoverlo con cura. Il DMV Soft Lens Handler non ha alcun effetto di aspirazione, evita semplicemente di far scorrere DMV SoftLens Handler sulla superficie dell'occhio.



Attenzione: Attenzione: Tenere la DMV Magic Touch lontano da crema per le mani, gel per capelli, distaccante per smalto e forti sostanze ossidanti



Attenzione: Rischio di soffocamento per i bambini piccoli. Tenere questo e tutti gli altri dispositivi medici lontano dalla portata dei bambini piccoli. Si raccomanda di non utilizzare questo prodotto su occhi malati o feriti. Per irritazione agli occhi, problemi di vista insoliti o dolore, contattare il proprio specialista di lenti a contatto o oculista.



Attenzione: Nonostante non ci siano indicazioni di allergie, la DMV Corporation avvisa che questo **prodotto è realizzato in gomma naturale secca. Il materiale non contiene lattice liquido** noto come allergene.



Non utilizzare DMV Soft Lens Handler per lenti a contatto rigide, permeabili al gas, sclerali o ibride.

Se si è verificato un incidente grave in relazione a questo dispositivo, segnalarlo al produttore. Se risiedi nell'UE, segnala l'incidente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedi.

Questo prodotto consente ai portatori di lenti a contatto di inserire e / o rimuovere le lenti a contatto per utilizzarle secondo lo scopo previsto. Pertanto è considerato un dispositivo medico.

Smaltimento dei rifiuti

DMV Corporation consiglia di smaltire i prodotti DMV usati secondo le normative locali in vigore al momento dello smaltimento.



Dispositivo medico



Proteggere dal sole diretto



Importatore



Non conservare a temperatura superiore a 105 ° C / 220 ° F



Singolo paziente – uso multiplo



Produttore



Seguire le istruzioni per l'uso dmvcorp.com



Data di produzione



Paese di Produzione



Rappresentante autorizzato



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

