



DMV Soft Lens Handler™

Išėmiklis / įdėjiklis minkštiesiems kontaktiniams lęšiams

Numatytas naudojimas

„DMV Soft Lens handler“ skirtas minkštiesiems kontaktiniams lęšiams įdėti ir išimti.

Naudojimo instrukcija

Prieš naudodami pirmą kartą, nuvalykite priemonę 70 % izopropilo alkoholiu ir palikite išdžiūti ore.

Išėmimas – Tvirtai prispauskite pinceto galiukus prie minkštojo kontaktinio lęšio. Naudodami veidrodį, užtikrinkite, kad lęšis būtų ant ragenos. Šiek tiek suspauskite pinceto galiukus, kad išimtumėte kontaktinį lęšį.

Įdėjimas – Uždėkite drėgną kontaktinį lęšį ant mažojo priemonės galo, kur rodo rodyklė. Lęšis turi užėti ant priemonės galo, kad galėtumėte matyti dėjimo eiga per lęšį.

Laikykites Jūsų kontaktinių lęšių pritaikytojo nurodymų/ akių gydytojo nurodymų.

Valymas

Po kiekvieno priemonės naudojimo nuvalykite ją 70 % izopropilo alkoholiu ir palikite išdžiūti ore. Išdžiovinę laikykite priemonę jos dėkle. Numatykite ją pakeisti kas šešis mėnesius.

Atsargumo priemonė: Jeigu netyčia pridėsite priemonę prie akies paviršiaus, tiesiog išimkite ją iš akies, nes siurbimo nėra. Neslinkite priemonės per akies paviršių.

Išspėjimas: laikykite šią priemonę toliau nuo skysčių, pvz., rankų kremo, plaukų gėlio, nagų lako nuėmiklio ir stiprių oksiduojančių medžiagų.

Išspėjimas: užspringimo pavojus. Šią ir kitas medicinos priemones laikykite toliau nuo mažų vaikų. Šios priemonės nerekomenduojama naudoti sergančioms arba pažeistoms akims. Jeigu pajutote akies dirginimą, neįprastą regos sutrikimą arba skausmą, kreipkitės į akių gydytoją.

Išspėjimas: [spėjimas: nors duomenų apie šios priemonės sukeltą alergiją nėra, jos sudėtyje yra sausos natūralios gumos. Jos sudėtyje nėra skysto latekso, kuris yra žinomas alergenais.

NEAUDOKITE šios priemonės standiesiems, dujoms laidiesiems, odenos arba hibridiniams kontaktiniams lęšiams.

Jeigu patyrėte su šia priemone susijusį sunkų incidentą, praneškite apie tai gamintojui. Jeigu gyvenate ES, apie šį incidentą praneškite kompetentingai valstybės narės institucijai, kurioje gyvenate.

Ši priemonė leidžia kontaktinių lęšių nešiotojams įsidėti ir (arba) išsiimti savo kontaktinius lęšius, kad naudotų juos pagal jų numatytąją paskirtį. Todėl ši priemonė laikoma medicinos priemone.

Atliekų tvarkymas

Įmonė „DMV“ rekomenduoja tvarkyti naudotų „DMV“ produktų atliekas laikantis atliekų tvarkymo metu galiojančių vietinių taisyklių.

Ši priemonė yra medicinos priemonė

Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos

Importuotojas

Laikyti ne aukštesnėje nei 105 °C temperatūroje

Daugkartinis naudojimas vienam pacientui

Gamintojas

Perskaitykite Naudojimo instrukciją dmvcorp.com

Pagaminimo data

Gamybos šalis

Įgaliotasis atstovas

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

