



## DMV Scleral Cup™

### За склерални контактни лещи и очни протези

#### Показана употреба

DMV Scleral Cup чашката е предназначена за поставяне/отстраняване на склерални контактни лещи и за отстраняване на очни протези.

#### Инструкции за употреба

Преди първа употреба почистете изделието с 70% изопропилов алкохол и оставете да изсъхне.

Отстраняване – Навлажнете сукционната чашка и стиснете държача. С помощта на огледало допрете сукционната чашка до склералната контактна леща. Освободете натиска върху държача, за да може сукцията да захване контактната леща. След това може да манипулирате с контактната леща така, че да може да я отстрани от окото. За най-добра техника, следвайте указанията на Вашия специалист за контактни лещи. След като отстраните лещата, стиснете отново държача, за да освободите сукцията и да свалите лещата от сукционната чашка.

Поставяне – Поставете навлажнената контактна леща върху чашката, без да стискате държача. Навлажнената леща ще залепне към чашката. НЕ стискайте държача, докато поставяте лещата. Внимателно поставете склералната леща в отвореното око.

Следвайте инструкциите на вашия специалист по контактни лещи / офтальмолог.

#### Почистване

След всяка употреба на DMV Scleral Cup, почистете изделието с 70% изопропилов алкохол и оставете да изсъхне. След изсушаване, съхранявайте изделието в кутийката му. **Кухото каналче трябва да се пази чисто от частици.** Изделието трябва да се заменя с ново всеки шест месеца.

**Предпазни мерки:** Ако DMV Scleral Cup случайно се захване за окото, стиснете леко дръжката, за да спрете сукцията и го отстранете от окото.

**Внимание:** Моля, дръжте този продукт далеч от течни субстанции като крем за ръце, гел за коса, лакочистител и силни окисляващи средства.

**Внимание: Опасност от задавяне.** Това и всички други медицински изделия трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца. Този продукт не се препоръчва за употреба при заболяване или нараняване на очите. Ако изпитате дразнение в окото, зрително нарушение или болка, консултирайте се с Вашия очен лекар.

**Внимание:** Въпреки че няма доказателство за алергични проблеми при употребата на този продукт, той съдържа сух естествен каучук. Продуктът не съдържа течен латекс, който е известен алерген.

**НЕ използвайте DMV Scleral Cup за МЕКИ или хибридни контактни лещи.**

Ако възникне сериозен за Вас инцидент, свързан с употребата на това изделие, съобщете за това на производителя. Ако живеете в ЕС, съобщете за инцидента на компетентните органи в страната членка, в която се намирате.

Този продукт служи като помошно средство за хора, които носят контактни лещи да поставят и/или отстраняват контактните лещи, за да могат да ги използват според показаната за тях употреба. Следователно този продукт е считан за медицинско изделие.

#### Извъръляне на отпадъци

DMV Corporation препоръчва използваните DMV продукти да се изхвърлят в съответствие с местните разпоредби, действащи по времето на изхвърлянето.



Този продукт е медицинско изделие



Да не се съхранява при температура над 105°C  
220°F



Прочетете инструкциите за употреба  
[dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Упълномощен представител



EU  
Biosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Да се предпазва от пряка слънчева светлина



За многократна употреба при един пациент



Дата на производство



Вносител



производител



Страна на производство



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

